UTEST
MATERIAL TESTING EQUIPMENT

Код изделия

UTC-0650 Объемомер, 7 литров

UTC-0651 Объемомер, 8 литров

Стандарты

ГОСТ Р 57814-2017; EN 12350-7

Приборы UTEST UTC-0650 UTC-0651 предназначены для определения содержания воздуха в бетонной смеси в условиях строительной площадки и в лаборатории. Прибор работает по методу измерения давления и по классификации ГОСТ Р 57814-2017 является объемомером.

Они состоят из цилиндрического сосуда емкостью 7 или 8 литров с фланцем и крышки, с измерительным узлом, включающим манометр, воздушный насос и клапана. Объемомеры оснащены системой быстрого зажима.

Прямое показание манометра с точностью:
0,1% в диапазоне до 6% воздуха;
0,2% в диапазоне от 6 до 8% воздуха;
0,5% в диапазоне от 8 до 15%.
На измерения не влияют изменения атмосферного давления.

Комплект поставки:

- Объемомер
- Линейка 300 мм
- Штыковка, Ø16x600 мм
- Бутылка для промывки 250 куб.см
- Внутренняя и внешняя калибровочные трубки (тип J)
- Ящик для переноски
- Калибровка

Заказываются отдельно:

UTC-0657 Калибровочный сосуд для UTC-0650, Алюминий, (%5)
UTC-0659 Калибровочный сосуд для UTC-0651, Алюминий, (%5),

Для самостоятельной калибровки прибора в условиях строительной площадки, в условиях отсутствия весов и стеклянной мерной посуды, рекомендуем пользоваться калиброванными сосудами установленного объема из алюминия

	UTC-0650	UTC-0651
Емкость	7 литров	8 литров
Габариты (весь комплект)	300x300x620 мм	
Масса (около) (весь комплект)	17 кг	